

Decálogo de medidas para una inserción vascular segura y duradera

1. Comprobaciones previas.
2. Personal experto.
3. Postura adecuada del brazo.
4. Elección de la vena adecuada.
5. Elección de la zona óptima de punción.
6. Medidas de Máxima barrera.
7. Venopunción ecoguiada.
8. Correcta colocación de la punta.
9. Fijación del catéter con dispositivos sin suturas.
10. EXCELENCIA EN LOS CUIDADOS.

1. Comprobaciones previas:

- Identidad del paciente.
- HC (alergias, coagulación, Rx previas, etc).
- Intimidad.
- Consentimiento informado.

Decálogo de medidas para una inserción vascular segura y duradera

- 1. Comprobaciones previas.**
2. Personal experto.
3. Postura adecuada del brazo.
4. Elección de la vena adecuada.
5. Elección de la zona óptima de punción.
6. Medidas de Máxima barrera.
7. Venopunción ecoguiada.
8. Correcta colocación de la punta.
9. Fijación del catéter con dispositivos sin suturas.
10. EXCELENCIA EN LOS CUIDADOS.

2 Personal experto:

- Criterios SEMICYUC
- Criterios Wocova



Decálogo de medidas para una inserción vascular segura e duradera

1. Comprobaciones previas.
2. **Personal experto.**
3. Postura adecuada del brazo.
4. Elección de la vena adecuada.
5. Elección de la zona óptima de punción.
6. Medidas de Máxima barrera.
7. Venopunción ecoguiada.
8. Correcta colocación de la punta.
9. Fijación del catéter con dispositivos sin suturas.
10. EXCELENCIA EN LOS CUIDADOS.

3 Postura adecuada del brazo:

- tradicional o
- FERA

Postura tradicional:
acostado, semi-fowler, brazo extendido, 90 °




FERA:
flexión y rotación externa del brazo

Decálogo de medidas para una inserción vascular segura y duradera


1. Comprobaciones previas.
2. Personal experto.
3. **Postura adecuada del brazo.**
4. Elección de la vena adecuada.
5. Elección de la zona óptima de punción.
6. Medidas de Máxima barrera.
7. Venopunción ecoguiada.
8. Correcta colocación de la punta.
9. Fijación del catéter con dispositivos sin suturas.
10. EXCELENCIA EN LOS CUIDADOS.

4 Elección de la vena adecuada

- Mapeo o exploración previa de brazos y cuello
- **RATIO CATÉTER-VASO**
Menor del 50%
Ideal >35%



Fuente: RaPeVA e impianto di PICC. Mauro Pittiruti.




Decálogo de medidas para una inserción vascular segura y duradera

1. Comprobaciones previas.
2. Personal experto.
3. Postura adecuada del brazo.
4. **Elección de la vena adecuada.**
5. Elección de la zona óptima de punción.
6. Medidas de Máxima barrera.
7. Venopunción ecoguiada.
8. Correcta colocación de la punta.
9. Fijación del catéter con dispositivos sin suturas.
10. EXCELENCIA EN LOS CUIDADOS.

5- Elección de la zona óptima de punción

MÉTODO ZIM



No permitida

Zona Ideal

No recomendada.

Decálogo de medidas para una inserción vascular segura y duradera

1. Comprobaciones previas.
2. Personal experto.
3. Postura adecuada del brazo.
4. Elección de la vena adecuada.
5. **Elección de la zona óptima de punción.**
6. Medidas de Máxima barrera.
7. Venopunción ecoguiada.
8. Correcta colocación de la punta.
9. Fijación del catéter con dispositivos sin suturas.
10. EXCELENCIA EN LOS CUIDADOS.

6 **Máxima barrera:**


- Lavado quirúrgico de manos.
- Medidas de máxima barrera.
- Técnica estéril.



Decálogo de medidas para una inserción vascular segura y duradera

1. Comprobaciones previas.
2. Personal experto.
3. Postura adecuada del brazo.
4. Elección de la vena adecuada.
5. Elección de la zona óptima de punción.
6. **Medidas de Máxima barrera.**
7. Venopunción ecoguiada.
8. Correcta colocación de la punta.
9. Fijación del catéter con dispositivos sin suturas.
10. EXCELENCIA EN LOS CUIDADOS.

7 Venopunción ecoguiada




Decálogo de medidas para una inserción vascular segura y duradera

1. Comprobaciones previas.
2. Personal experto.
3. Postura adecuada del brazo.
4. Elección de la vena adecuada.
5. Elección de la zona óptima de punción.
6. Medidas de Máxima barrera.
7. **Venopunción ecoguiada.**
8. Correcta colocación de la punta.
9. Fijación del catéter con dispositivos sin suturas.
10. EXCELENCIA EN LOS CUIDADOS.

8 Correcta colocación de la punta:

- ECG intracavitario.
- Rx.
- Fluoroscopia.



Decálogo de medidas para una inserción vascular segura y duradera

1. Comprobaciones previas.
2. Personal experto.
3. Postura adecuada del brazo.
4. Elección de la vena adecuada.
5. Elección de la zona óptima de punción.
6. Medidas de Máxima barrera.
7. Venopunción ecoguiada.
8. **Correcta colocación de la punta.**
9. Fijación del catéter con dispositivos sin suturas.
10. EXCELENCIA EN LOS CUIDADOS.


9 Fijación del catéter con dispositivos sin suturas.



Decálogo de medidas para una inserción vascular segura y duradera

1. Comprobaciones previas.
2. Personal experto.
3. Postura adecuada del brazo.
4. Elección de la vena adecuada.
5. Elección de la zona óptima de punción.
6. Medidas de Máxima barrera.
7. Venopunción ecoguiada.
8. Correcta colocación de la punta.
9. **Fijación del catéter con dispositivos sin suturas.**
10. EXCELENCIA EN LOS CUIDADOS.

10. Excelencia en los cuidados



Decálogo de medidas para una inserción vascular segura y duradera

1. Comprobaciones previas.
2. Personal experto.
3. Postura adecuada del brazo.
4. Elección de la vena adecuada.
5. Elección de la zona óptima de punción.
6. Medidas de Máxima barrera.
7. Venopunción ecoguiada.
8. Correcta colocación de la punta.
9. Fijación del catéter con dispositivos sin suturas.
- 10. EXCELENCIA EN LOS CUIDADOS.**